



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

wspkielce@gmail.com

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 28.02.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/1/2018/USG na **ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG** na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

PYTANIE NR 3: dotyczy punktu 54 - Załącznik 1 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat USG, którego kąt pola widzenia głowicy konweksowej to maksymalnie 72°?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

TAK. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat USG, którego kąt pola widzenia głowicy konweksowej to maksymalnie 72°.

PYTANIE NR 4: dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na potwierdzenie niektórych parametrów poprzez oświadczenie? Nie wszystkie dane techniczne są podane w folderach i kartach technicznych producenta ani też nie wszystkie wymagane parametry jak np.: „Aparat fabrycznie nowy” lub „Przystępujący do przetargu powinien posiadać w swoich zasobach wymagany sprzęt medyczny” można potwierdzić w folderach i kartach technicznych producenta.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Tak. Zamawiający zgodzi się na potwierdzenie parametrów, których nie można poprzeć zapisem w folderze producenta, poprzez oświadczenie. Dotyczy to zapisów takich jak: „Aparat fabrycznie nowy” lub „Przystępujący do przetargu powinien posiadać w swoich zasobach wymagany sprzęt medyczny”.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 66.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób: „Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od momentu złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Nie. Pozostaje zapis jak w SIWZ. Okres ten musi być tożsamy dla całego oferowanego sprzętu – łącznie ze sprzętem IT i oprogramowaniem, w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 68.

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić zapis „Trzykrotna naprawa urządzenia w okresie gwarancyjnym spowoduje konieczność wymiany urządzenia na nowy.” na rzecz: „Niezwłoczna wymiana uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy powstaje po bezskutecznym podjęciu trzech prób usunięcia tej samej wady/usterki podczas okresu trwania gwarancji”?

Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących błahych elementów takich jak np: pedał ekspozycji, centrator laserowy, czy popychacze kabli. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Nie. Pozostaje zapis jak w SIWZ ale z dopiskiem, że chodzi o główne moduły /części aparatu USG.

Zatem zapis w pkt. 68. zmieniamy na: „Trzykrotna naprawa głównych modułów/części urządzenia, w okresie gwarancyjnym, spowoduje konieczność wymiany całego urządzenia na nowe. Trzykrotna naprawa błahych – mniej znaczących części urządzenia, w okresie gwarancyjnym, spowoduje niezwłoczną wymianę tegoż elementu / podzespołu na nowy”.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach

mgr Konrad Łęcki