



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

wspkielce@gmail.com

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 14.03.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania ZP/2/2018/USG.OKUL o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę aparatu USG Okulistycznego"

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PYTANIE NR 3: dotyczy SIWZ - Rozdział VII dot. pkt. 13.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego parametry, których nie można udokumentować w folderze?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego parametry, których nie można udokumentować w folderze.

PYTANIE NR 4: dotyczy SIWZ pkt. 2.2.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w wykazie dostaw dwóch dostaw aparatu USG okulistycznego i jednej dostawy urządzenia medycznego innego niż USG z zachowaniem wymaganych wartości?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w wykazie dostaw - dwóch dostaw aparatu USG okulistycznego i jednej dostawy urządzenia medycznego innego niż USG z zachowaniem wymaganych wartości.

PYTANIE NR 5: dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z częstotliwością uaktualniania obrazu max. 30 klatek/sek?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie z częstotliwością uaktualniania obrazu max. 30 klatek/sek.

PYTANIE NR 6: dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 26 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta? Hasło takie można uruchomić w systemie operacyjnym komputera, do którego zostanie podłączona sonda. Dostawa obejmuje sondę wraz z oprogramowaniem do jej obsługi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez funkcji zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta.

Zamawiający zabezpieczy hasłem system operacyjny komputera, do którego zostanie wgrane oprogramowanie i zostanie podłączona sonda.

PYTANIE NR 7: dotyczy SIWZ - Rozdział XII pkt. 1 - Czy Zamawiający może przesunąć termin składania ofert na 19.03.2018, z uwagi na dostarczenie ofert w terminie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7: Nie. Zamawiający nie ma podstaw na przesunięcie terminu składania ofert. Pozostaje zapis jak w SIWZ.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. MEDYCZNYCH

J. Babanowski
J. Babanowski