



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

wspkielce@gmail.com

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 14.03.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania ZP/2/2018/USG.OKUL o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę aparatu USG Okulistycznego"

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższej konfiguracji:

Lp	Opis parametrów wymaganych
1	Zewnętrzny monitor kolorowy min. 24 cali Rozdzielczość Full HD 1920x1200p
2	Wbudowane min. 6 portów USB 2.0 Czterordzeniowy procesor min. 3,4 GHz
3	Możliwość podłączenia jednocześnie min. 3 głowic
4	Możliwość pracy w trybie A z biometrią i kalkulacją soczewki oraz w trybie prezentacji B
5	Chip wykonujący automatyczną kalibrację wbudowany w każdą z sond.
6	System archiwizacji oraz eksportu danych
7	Dysk twardy w wyjmowanej kieszeni ułatwiający przenoszenie o pojemności min. 1Tb z systemem operacyjnym Windows XP lub wyższym.
8	Możliwość zapisu badania na nośnikach zewnętrznych (Pamięci USB)
9	Możliwość tworzenia raportów badania
10	Możliwość podłączenia 4 głowic
11	Możliwość regulacji transmitowanej energii
12	Opcjonalna możliwość pracy w środowisku DICOM
	Sonda B do tylnego odcinka oka
14	Nakładanie skanu A na obraz trybu B
15	4 elektroniczne linijki z regulowaną prędkością dźwięku
16	Częstotliwość pracy sondy 10MHz
17	Szybkość akwizycji sondy – min.25 ramek na sekundę

18	Nagrywanie filmu z badania min. 10 sekund
19	Możliwość obróbki nagranych filmów z badań
20	Regulowane wzmocnienie sondy w zakresie min. 27-90 dB
21	Głębokość skanowania min. 48mm
22	Kąt skanowania min. 52 stopni
23	Zakres dynamiczny regulowany czterostopniowo
24	Rozdzielczość osiowa min. 50 mikronów
25	Rozdzielczość poprzeczna min. 100 mikronów
28	Akcesoria Dodatkowe
29	Drukarka laserowa do drukowania raportów
30	Dedykowany Stolik mobilny

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: Nie. Zaproponowany zestaw zawiera elementy, których Zamawiający nie zawarł w opisie przedmiotu zamówienia a aparat o konfiguracji określonej w pytaniu nr 1 odbiega od wymogów określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostaje zapis jak w SIWZ.

PYTANIE NR 2: dot. § 7 ust 8 – załącznik nr 7 (wzór umowy) do SIWZ - Prosimy o uściślenie sposobu i terminu zgłaszania ewentualnych awarii na formę pisemną faksem lub mailem w dni robocze w godz. 8.00-16.00?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2: Tak. Zamawiający uściśla sposób i termin zgłaszania ewentualnych awarii poprzez dodanie zapisu we wzorze umowy załącznik nr 7 w § 7 ust 8. Zapis w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w § 7 ust 8 brzmi: „ *W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu aparatu, który spowodował utratę funkcji użytkowej przedmiotu umowy, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół aparatu na nowy, wolny od wad – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności. Awarie będą zgłaszane w formie pisemnej: faksem lub mailem w dni robocze w godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰”.*

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR WSPL/SZCZOZ w Kielcach

mgr Konrad Łęcki