



Wojkowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370

NIP 959-12-89-935

tel : 41 330 34 18, tel/ fax 41 330 34 11

Kielce, 20.06.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego **ZP/3/2018/PANELE** na Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE-specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku na okres 24 miesięcy na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1: Dotyczy parametry wymagane składki. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zadania testów ilościowych, którą cechują się wyższą czułością i swoistością o niższych składkach.

a) Panel wziewno-pokarmowy:

MLEKO KROWIE, α -LAKTOALBUMINA, β -LAKTOGLOBULINA, KAZEINA, BIAŁKO JAJA KURZEGO, ŻÓŁTKO JAJA KURZEGO, DORSZ, ORZECH ZIEMNY, KAKAO, SOJA, JABŁKO, MARCHEW, POMIDOR, MĄKA - MIX, KURCZAK, OWOCE CYTRUSOWE - MIX, RYŻ, 6 TRAW - MIX, ŻYTO, NASKÓREK PSA, NASKÓREK KOTA, CLADOSPORIUM HERBARUM, ALTERNARIA ALTERNATA, ASPERGILLUS FUMIGATUS, D. PTERONYSSINUS, D. FARINAE, PYLEK LESZCZYNY, PYLEK BRZOZY, PYLEK BYLICY, CCD

b) Panel oddechowy:

PYLEK BRZOZY BRODAWKOWEJ, PYLEK OLSZYNY SZAREJ, PYLEK LESZCZYNY, PYLEK DEBU, TYMOTKA ŁAKOWA, PYLEK ŻYTA, PYLEK BYLICY, PYLEK BABKI LANCETOWATEJ, D. PTERONYSSINUS, D. FARINAE, NASKÓREK PSA, NASKÓREK KOTA, NASKÓREK KONIA, NASKÓREK ŚWINKI MORSKIEJ, NASKÓREK CHOMIKA, NASKÓREK KRÓLIKA, ASPERGILLUS FUMIGATUS, CLADOSPORIUM HERBARUM, PENICILLIUM NOTAUM, ALTERNARIA ALTERNATA

c) Panel pokarmowy:

ORZECH LASKOWY, ORZECH ZIEMNY, ORZECH WLOSKI, MIGDAŁ, MLEKO KROWIE, BIAŁKO JAJA KURZEGO, ŻÓLTKO JAJA KURZEGO, KAZEINA, ZIEMNIAK, SELER, MARCHEW, POMIDOR, DORSZ, KREWETKA, BRZOSKWINIA, JABLKO, SOJA, MAKA PSZENNA, SEZAM, MAKA ŻYTANIA

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuści testy wskazane w pytaniu 1 pkt a - Panel wziewno – pokarmowy. Zamawiający nie dopuści testów wskazanych w pytaniu 1 pkt b – Panel oddechowy i pytaniu 1 pkt c – Panel pokarmowy – brak CCD w składzie Panelu oddechowego i Panelu pokarmowego.

Pytanie 2: Dotyczy parametry wymagane pozycja numer 7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu CCD na każdym teście, ponieważ nie jest to marker reakcji krzyżowych i nie ma żadnego znaczenia klinicznego. Wnosimy o możliwość zaoferowania BLOKERA CCD, który zablokuje przyłączenia się przeciwciał CCD, a zatem wyeliminowania fałszywie pozytywnych wyników alergenów pochodzenia roślinnego.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie. Zapis jak w SIWZ. Anty CCD dostarczają informacji w diagnostyce przypadków pozytywnych wyników alergenów, które nie korelują z obrazem klinicznym.

Pytanie 3: Dotyczy parametry wymagane pozycja numer 10. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył pełny automat, który umożliwia zautomatyzowanie całej procedury włącznie z nakładaniem surowicy i odczytem ?

Odpowiedź na pytanie nr 3: NIE. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dostarczył pełny automat – ale go dopuszcza do postępowania.

Pytanie 4: Dotyczy kryterium i sposobu oceny ofert. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę kryterium oceny na kryterium jakościowe tak jak poniżej:

60 % cena

40% - jakość testu

Proponowana punktacja

40 pkt – test ilościowy

10 pkt – test półilościowy

5 pkt – test jakościowy

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie. Pozostaje zapis jak w SIWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie formularza cenowego – załącznik nr 1 do SIWZ o dodatkowe wiersze w celu możliwości kalkulacji profili opisanych w załączniku nr 1A do SIWZ tj.:

- profil wziewno-pokarmowy
- profil wziewny
- profil pokarmowy
- profil komponentów alergenów pyłkowych

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie formularza cenowego – załącznik nr 1 do SIWZ o dodatkowe wiersze jak w pytaniu nr 5.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

F. Obarański

Przeznaczony

DYREKTOR WSPL. SP. ZOZ w Kielcach

mgr Konrad Łęcki