



## Wojkowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

[wspkielce@gmail.com](mailto:wspkielce@gmail.com)

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 05.03.2019r.

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/3/2019/WSPL** na **zakup wraz z dostawą drobnych artykułów medycznych** dla Wojkowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

**PYTANIE NR 31:** (dotyczy zapisów SIWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

**PYTANIE NR 32:** (dotyczy zapisów SIWZ) Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32:** Nie. Oferowane artykuły medyczne mają odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju, obowiązującym w dniu ich wydania. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

**PYTANIE NR 33:** (Dot. pakietu nr 5, poz. 1-4) Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33:** Nie. Zamawiający nie wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim.

**PYTANIE NR 34:** (*Dot. pakietu nr 5, poz. 1-4*) Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34:** Nie. Zamawiający nie wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2.

**PYTANIE NR 35:** (*Dot. pakietu nr 5, poz. 1-4*) Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 35:** Tak. Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868.

**PYTANIE NR 36:** (*Dot. pakietu nr 5, poz. 1-4*) Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36:** Tak. Zamawiający wymaga, aby rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią.

**PYTANIE NR 37:** (*Dot. pakietu nr 5, poz. 5 i 8*) Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga torebek papierowo – foliowych samoprzylepnych czy zgrzewalnych?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 37:** Zamawiający wymaga torebek papierowo – foliowych samoprzylepnych.

**PYTANIE NR 38:** (*Dot. pakietu nr 5, poz. 8*) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 140 x 280 lub 130 x 250, w miejsce 130 x 270?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 38:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 140 x 280.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

**DYREKTOR WSPI/SPZOZ w Kielcach**

**mgr Konrad Łęcki**