



## Wojkowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

[wspkielce@gmail.com](mailto:wspkielce@gmail.com)

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 16.07.2019r.

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/7/2019/WSPL** na **Zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego**

dla Wojkowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

**PYTANIE NR 1: Dotyczy-** Załącznik nr 4 do SIWZ pkt.28  
„Automatyczna współpraca w standardzie HL7 z systemem informatycznym przychodni w zakresie odbioru zleceń i przesyłania zatwierdzonych wyników badań. „

Jaki system informatyczny jest w przychodni? Informacja jest konieczna do wyceny całości.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:**

System mMedica w wersji standard+ producent Asseco

**PYTANIE NR 2: Dotyczy –** Załącznik nr 4 do SIWZ pkt.2  
„Instalacja laboratoryjnego systemu informatycznego na stacjach roboczych użytkowanych przez laboratorium analizatorów: Sysmex XS1000i (bez podajnika), ACL ElitePro, Dirui H500, EuroBlotMaster, Konelab Prime 30i, Cobas e411.”

Czy w związku z tym, że instalacja wymaga dedykowanego serwera systemu oraz jest niemożliwa na komputerach z oprogramowaniem zarządzającym analizatorem (np. Sysmex XS1000i) Zamawiający zapewni sprzęt komputerowy na potrzeby serwera 1 szt. oraz stacji roboczych 5 szt. o minimalnych parametrach:

**Serwer-** komputer na platformie serwerowej, procesor Xeon Quad-Core lub lepszy, min. 8 GB RAM zalecane 16GB, min. 2x HDD min. 500GB SATA, DVR, karta graficzna, dwie karty sieciowe PCI Ethernet 100, UPS ( 800VA) właściwy dla danego komputera, sprzęt przystosowany do pracy podsystemem Linux.

DYREKTOR

mgr Konrad Lecki

1

**Stacja robocza**- procesor dwurdzeniowy lub lepszy min. 1 GB RAM, HDD dowolny SATA, DVD-R, karta graficzna, monitor min. 17" LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, oprogramowanie systemowe: Windows 7/8//10.

**Czytnik kodów kreskowych**- podłączany przez USB, czytający kod 128, programowalny prefiks i sufiks.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:**

Tak, zamawiający zapewni sprzęt komputerowy.

**PYTANIE NR 3: Dotyczy – Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 28**

„Automatyczna współpraca w standardzie HL7 z systemem informatycznym przychodni w zakresie odbioru zleceń i przesyłania zatwierdzonych wyników badań.”

Czy wobec tego, że integracja między systemami wymaga wykonania po stronie systemu przychodni prac, które mogą być związane z dodatkowymi kosztami ( np. zakup dodatkowych modułów, konfiguracja połączenia)

Zamawiający uzna jako spełniającą zapisy ofertę zakupu z kosztami integracji tylko po stronie systemu laboratoryjnego?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:**

Tak, Zamawiający uzna jako spełniającą zapisy ofertę zakupu z kosztami integracji tylko po stronie systemu laboratoryjnego.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

**DYREKTOR WSPŁ SPZOZ w Kielcach**

**mgr Konrad Łęcki**