



## Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

[wspkielce@gmail.com](mailto:wspkielce@gmail.com)

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 12.03.2020r.

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/2/2020/WSPL** na zakup wraz z dostawą drobnych artykułów medycznych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

#### Pytanie nr 1

##### Pakiet 3, poz. 9-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny w rozmiarze 0,45 x 13 mm?

##### Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny w rozmiarze 0,45 x 13 mm ale igły muszą być ostre.

#### Pytanie nr 2

##### Pakiet 3, poz. 9-12

Czy Zamawiający może uściślić czy wymaga strzykawki 2 czy 3-częściowej, jeśli 3 - częściowej to Luer czy Luer Lock?

##### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza strzykawki dwu lub trzy-częściowe ale tylko LUER.

#### Pytanie nr 3

##### Pakiet 3, poz. 9-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 2-2,5 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; 20-22 ml i 20-24 ml?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

TAK, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 2-2,5 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; 20-22 ml i 20-24 ml.

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 3, poz. 9-12**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu jednostkowym: wolną od ftalanów, i PVC?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

NIE, Zamawiający nie wymaga strzykawek j.u. z informacją na opakowaniu jednostkowym: wolną od ftalanów, i PVC.

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 3, poz. 9-12**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z nazwą producenta na cylindrze?

**Odpowiedź na pytanie nr 5 :**

NIE, Zamawiający nie wymaga strzykawek j.u. z nazwą producenta na cylindrze.

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 3, poz. 9-12**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze innym niż mleczne / białe, z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

NIE, Zamawiający nie wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze innym niż mleczne / białe, z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem.

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 1, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

NIE, pozostaje zapis jak w SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Pakiet 1, poz. 1-6,15

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

NIE, pozostaje zapis jak w SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Pakiet 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

NIE, pozostaje zapis jak w SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Pakiet 4, poz. 7-8

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

TAK, Zamawiający wymaga opakowania papier – folia.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach

mgr Konrad Łęcki