



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370

NIP 959-12-89-935

tel : 41 330 34 18, tel/ fax 41 330 34 11

Kielce, 08.06.2020r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/1/2020 na Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE-specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku na okres 24 miesięcy na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ, tabela pozycja nr 1, Profil wziewnopokarmowy
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania panelu alergologicznego o następującym składzie:

Mleko krowie, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, Kazeina, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Dorsz, Orzech ziemny, Kakao, Soja, Jabłko, Marchew, Pomidor, Mąka - mix(1), Kurczak, Owoce cytrusowe - mix(2), Ryż, 6 traw - mix(3), Żyto, Naskórek psa, Naskórek kota, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D. farinae, Pyłek leszczyny, Pyłek brzozy, Pyłek bylicy, CCD

Odpowiedź na pytanie nr 3:

NIE, Pozostaje zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ, tabela pozycja nr 2, Profil wziewny
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania panelu alergologicznego o następującym składzie:

Pyłek cyprysu, Pyłek leszczyny, Pyłek jesionu, Pyłek dębu, Pyłek oliwki, Pyłek brzozy, Pyłek żyta, Pyłek owsa, Pyłek wiechliny łąkowej, Pyłek tymotki łąkowej, Pyłek pszenicy, Pyłek kupkówki, Pyłek cynodonu palczastego, Pyłek babki lancetowatej, Pyłek komosy, Pyłek parietarii, Pyłek ambrozji, Pyłek bylicy, Naskórek kota, Naskórek psa, Naskórek konia, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Blomia tropicalis, D. pteronyssinus, D. farinae, Lateks, Karaluch, CCD

Odpowiedź na pytanie nr 4:

NIE, Pozostaje zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ, tabela pozycja nr 3, Profil pokarmowy
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania panelu alergologicznego o następującym składzie:

Pomidor, Awokado, Banan, Owoce cytrusowe-mix(2,), Kiwi, Orzech ziemny, Orzech laskowy, Groch, Soja, Seler, Wołowina, Kurczak, Wieprzowina, Małż, Krewetka, Krab, Tuńczyk, Dorsz, Czosnek, Cebula, Drożdże, Sezam, Ryż, Kukurydza, Mąka pszenna, Kazeina, Białko jaja kurzego, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, CCD

Odpowiedź na pytanie nr 5:

NIE, Pozostaje zapis jak w SIWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ, parametry wymagane, pozycja nr 15
„Dostawca dostarczy kamerę (system wykonujący cyfrowe obrazy pasków testowych)”
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pełnego automatu, wyposażonego w kamerę wykonującą cyfrowy obraz pasków testowych.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pełnego automatu.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ, parametry wymagane, pozycja nr 11,
„Rynienki do analizatora na paski testowe dostarczane bezpłatnie”
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie testów, które nie wymagają umieszczania pasków z alergenami w osobnych rynienkach. Testy, które chcemy zaoferować zawierają membranę nitrocelulozową, na którą naniesione są alergeny. Jest ona umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, przez co umożliwia wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury, a co za tym idzie, nie wymaga stosowania dodatkowych rynienek.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

TAK, Zamawiający dopuszcza w/w testy.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach

mgr Konrad Łęcki