



# Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370

NIP 959-12-89-935

tel : 41 330 34 18, tel/ fax 41 330 34 11

Kielce, 08.07.2020r.

## Do wszystkich zainteresowanych

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2020 na Dostawę odczynników do biochemii z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 3 lat na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach wyjaśnia treść SIWZ:

Załącznik nr 1A - Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego

Dotyczy:

### Pytanie nr 1:

Pkt. 5. – Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w zakresie fal pomiarowych w zakresie większym niż wymagany tj. 340 – 800 (12 długości).

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Tak, Zamawiający dopuści analizator pracujący w zakresie fal pomiarowych w zakresie większym niż wymagany tj. 340 – 800 (12 długości).

### Pytanie nr 2

Pkt. 10. – Czy Zamawiający dopuści analizator z mytymi kuwetami pomiarowymi z a co za tym idzie z wbudowaną wielostopniową stacją mycia oraz kontrolą czystości kuwet w czasie rzeczywistym?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Nie, pozostaje zapis jak w SIWZ.

### Pytanie nr 3

Pkt. 11.- Czy Zamawiający dopuści analizator bez podajnika kuwet w przypadku dopuszczenia analizatora z kuwetami wielokrotnego użytku?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:** Nie, pozostaje zapis jak w SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Pkt. 15. – Czy Zamawiający dopuści analizator z chłodzeniem rotora odczynnikowego niezależnie od temperatury otoczenia w zakresie temp. 4-10 stopni C?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:** Nie, pozostaje zapis jak w SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Załącznik nr 1C - PARAMETRY OCENIANE

Dotyczy punktacji za zużycie wody: Jeżeli Zamawiający dopuści analizator z mytymi kuwetami wraz ze stacją uzdatniania wody, prosimy o wykreślenie punktacji za ten parametr. Zaproponowane rozwiązanie zwolni operatora z wymogu uzupełniania wody potrzebnej do pracy analizatora.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:** Zamawiający nie dopuszcza analizatora z mytymi kuwetami wraz ze stacją uzdatniania wody.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

**DYREKTOR WSPŁ. SRZÓZ w Kielcach**

**mgr Konrad Łęcki**